

Zoom HT Microplate Washer



洗板机+叠板架

酶标板类型	96-孔和 384-孔酶标板，标准高度和外形
清洗头	96-道清洗头
分液准确度	$\pm 2\%$ @5-300 μl 范围
分液精确度	$\leq 2\%$ CV @ 200 μl
清洗体积	1-2000 μl ，设置梯度 1 μl
残液量	$< 2\ \mu\text{l}$ /孔
清洗液体流速	1 - 7
抽吸头下降速度	慢速/中速/快速 三档
清洗模式	常规模式和超洗模式
抽吸模式	常规模式和三维模式
浸泡时间	0-99 秒
程序数量	1 - 99
每程序清洗循环次数	1 - 99
叠板器容量	30 块酶标板
酶标板洗板处理速度	96-孔 1 个循环 300 μl 250 块/小时 96-孔 3 个循环 300 μl 150 块/小时
分液模块-注射泵	
分液头	8 通道 或 16 通道
注射器容量	10ml
可分液试剂种类	1 种或 2 种
分液体积	5-300 μl
分液精度	$\leq 1\%$ @ 100 μl
酶标板分液处理速度	96-孔 1 个通道 100 μl 180 块/小时 96-孔 2 个通道 100 μl 240 块/小时